



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικό Τμήμα

Ημ/νία.....01-Νοε-17
Αρ. πρωτ. 5775

Ταχ. δ/ση..... 33100 Άμφισσα
Πληροφ. Σκούρα Π.
Τηλ. (22653) 50131
Fax (22650) 22086
E-mail diax2@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ▶ **Διευκρίνιση επί διαγωνισμού – Ορθή Επανάληψη**
ΣΧΕΤ. ▶ **Η με αρ. 646/ΔΣ/17 Διακήρυξη του Γ. Ν. Άμφισσας**

Επί της ανωτέρω σχετικής για την προμήθεια **Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανοσολογικούς Αναλυτές** διευκρινίζεται λόγω παραδρομής σε ορθή επανάληψη στο Άρθρο 16 της Διακήρυξης (σελ. 20) τα εξής:

1. Προδιαγραφή: 1.1.4.: <<Ο αναλυτής να δέχεται διαφορετικούς τύπους σωληνάρων.....>> **και όχι** <<Ο δειγματοφορέας των αναλυτών να δέχεται διαφορετικούς τύπους σωληνάρων.....>>
2. Προδιαγραφή: 1.1.15.: <<.....να απαιτείται ανασύσταση σε ποσοστό τουλάχιστον 90%.>> **και όχι** <<.....να απαιτείται ανασύσταση.>>

– Ο –
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ