



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
5^η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ:18/01/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 405

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α Σ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ : γραφείο
προμηθειών

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμό πρωτ 850/ΔΣ/17 του διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για ανοσολογικούς αναλυτές.

Εις απάντηση εγγράφου 364/17-01-2018 της εταιρείας ABBOTT σας γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις του Εργαστηρίου εκφράζονται από τη παράγραφο **1.1.17** δηλαδή ...**λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ζωής τους μετά το άνοιγμα της συσκευασίας...**

Η πρακτική μας ως Εργαστήριο είναι να συντηρούνται τα αντιδραστήρια στον αναλυτή μόνο όσο κρατάει ο χρόνος ανάλυσης και μετά να τοποθετούνται τα ανοιγμένα αντιδραστήρια στο ψυγείο.

Η επιτροπή προδιαγραφών

ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΩΝΟΥ ΟΛΓΑ