



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικό Τμήμα

Ημ/νία 31-Ιαν-18
Αρ. πρωτ. 68ο

Ταχ. δ/ση 33100 Άμφισσα
Πληροφ. Σκούρα Π.
Τηλ. (22653) 50131
Fax (22650) 22086
E-mail diax2@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ▶ Διευκρίνιση επί της με αρ. πρωτ. 69/ΔΣ/18 Διακήρυξης
ΣΧΕΤ. ▶ Το με αρ. πρωτ.68ο/31-1-18 Αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας «LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.»

Επί της ανωτέρω σχετικής για την προμήθεια **ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ**, διευκρινίζεται ότι:

- 1) Δεν απαιτούνται να προσφερθούν επιπλέον συσκευασίες αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών, για την βαθμονόμηση και τον έλεγχο ποιότητας του εφεδρικού αναλυτή.
- 2) Ο έλεγχος ποιότητας διενεργείται στον κύριο αναλυτή καθημερινά σε δύο επίπεδα για όλες τις εξετάσεις.

- Ο -

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ