



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5Η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ 09.07.2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6003

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

TAX. Δ/ΝΣΗ 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛΗΡΟΦ. ΜΗΤΑΛΑΣ Θ.
ΤΗΛ. (22653) 50131
FAX (22650) 22086
E-MAIL log1@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ► ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν
 - 1.1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
 - 1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.3. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις".
 - 1.5. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα"
 - 1.6. του Ν. 4270/2014 άρθρο 25 περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 - 1.7. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 - 1.8. Τις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021), "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"
 - 1.9. την με αρ. Γ4β/Γ.Π.8399/28-02-2022 (ΦΕΚ 159 τ. Υ.Ο.Δ.Δ/44-03-2022) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί τοποθέτησης διορισμού προσωρινού Διοικητή στο Γ.Ν. Αμφισσας
2. Την με αρ. 57/12.01.2024 (θέμα 10ο), (ΑΔΑ: 9ΕΘΔ4690ΒΟ-ΕΝ9) απόφαση ΔΣ έγκρισης του πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2024 και πιστώσεις 2024-2025.
3. την με αρ. 75/28.06.2024 Θ.12° απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΞ8Ν4690ΒΟ-ΗΓΚ) του Γ. Ν. Αμφισσας περί έγκρισης Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΤΝ (CPV: 50400000-9) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Αμφισσας
4. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Αμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α 1230/05.07.2024 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ: 9ΖΩ94690ΒΟ-ΛΙΠ.
5. Τις άμεσες ανάγκες της Υπηρεσίας

Προσκαλούμε

Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της ΜΤΝ και του Φορητού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού WRO 300 της ΜΤΝ (CPV: 50400000-9), για τις ανάγκες του Γ. Ν. Αμφισσας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, (35.340,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%), για χρονική διάρκεια 3 ετών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ποσότητες του Παραρτήματος Ι.

Η Πρόσκληση θα λάβει δημοσιότητα στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5^{ης} ΥΠΕ και site Γ. Ν. Άμφισσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας στις 18.07.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 από την αρμόδια επιτροπή.

Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η 18.07.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με email στο log1@gnamfissas.gr, όπου θα πρωτοκολλείται το κυρίως σώμα του email με ευθύνη του αρμοδίου υπαλλήλου, (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι σε μορφή συμπιεσμένου & κρυπτογραφημένου φακέλου), και θα περιλαμβάνουν:

1. Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- 1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
- 1.2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το (Παράρτημα ΙΙ)

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της παρούσας πρόσκλησης:

Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

- οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
- Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

- 1.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- 1.4. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
- 1.5. Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας
- 1.6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του.

β) Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, **πιστοποιητικό/βεβαίωση της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης ή να προσκομιστεί στα έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνισμού.**

2. Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή.

3. Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
- το ποσοστό του ΦΠΑ
- τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.

Για αποστολή της οικονομικής προσφοράς δημιουργείτε αρχείο σε μορφή pdf. Προϋπόθεση είναι να έχετε την εφαρμογή 7-Zip ή παρόμοια. Με δεξί κλικ στο φάκελο επιλέγεται 7-Zip -> Προσθήκη σε αρχείο συμπίεσης... Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, υπάρχει ένα πλαίσιο στη μέση και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφηση. Εκεί θα εισάγεται 2 φορές τον κωδικό πρόσβασης (πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε σας προσφορά) του συμπιεσμένου αρχείου και στη συνέχεια,

πατώντας ΟΚ, θα δημιουργηθεί ένα συμπιεσμένο και κρυπτογραφημένο αρχείο. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ με νέο email, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ).

- 0 -

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΟΣ Ι: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ MTN: 25.350,00€ πλέον ΦΠΑ, (31.434,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%).

ΕΙΔΟΣ ΙΙ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ MTN WRO 300: 3.150,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%, (3.906,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

➤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ MTN

Σκοπός της υπηρεσίας συντήρησης είναι:

- Η εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (MTN).
- Η αποτελεσματική και υπεύθυνη εκτέλεση του προγράμματος της συντήρησης.
- Η ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των συσκευών του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (MTN).

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν τις συσκευές επεξεργασίας νερού για την εξυπηρέτηση της MTN ως παρακάτω:

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα (τεμ.)
1	Φίλτρο θολότητας WMF - 12 ECO	2
2	Φίλτρο ενεργού άνθρακα WAC - 14 ECO	2
3	Αποσκληρυντής WS 100	2
4	Φίλτρο φύσιγγας 9 3/4"- 5μ	6
5	Συσκευή αντίστροφης όσμωσης 1ης βαθμίδας MFR 2-800	1
6	Δεξαμενή συλλογής νερού προκατεργασίας	1
7	Αντλίες επανασυμπίεσης	2
8	Συσκευή αντίστροφης όσμωσης 2ης βαθμίδας MFR 2-400	1
9	Αγωγιμόμετρο	2
10	Δεξαμενή συλλογής επεξεργασμένου νερού	1
11	Αντλίες διανομής	2
12	Φίλτρο μικροβίων 0,2 μ	2
13	Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού	1

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο συμμετέχων οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

1. Να είναι μέλος του αντίστοιχου εμποροβιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου.
2. Να διαθέτει ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, την παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και υλικών επεξεργασίας νερού.
3. Να διαθέτει ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, την παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και υλικών επεξεργασίας νερού.
4. Να διαθέτει ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, την παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και υλικών επεξεργασίας νερού.
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 13485:2016, για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού για εφαρμογή σε μονάδες αιμοκάθαρσης και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της αιμοκάθαρσης.
6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Υπουργική απόφαση για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
7. Πιστοποιητικό, από πιστοποιημένο φορέα, ότι έχει καθιερώσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, Παράρτημα V και της ενσωμάτωσής της στην ελληνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον τελικό έλεγχο συγκροτημάτων επεξεργασίας νερού για αιμοκάθαρση.
8. Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και την υπ' αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 Κ.Υ.Α.).

9. Να διαθέτει την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) εμπειρία συντήρησης σε αντίστοιχα συστήματα επεξεργασίας νερού MTN με κατάθεση ονομαστικής λίστας ιδρυμάτων και τουλάχιστον τριών (3) αντίστοιχων συμβάσεων.
10. Η συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σέρβις των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ αντίστροφης όσμωσης (R.O.) για αιμοκάθαρση.
11. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν εξουσιοδότηση, ή βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία, για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε τμήματα, ή εξοπλισμό των μονάδων.
12. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα διάθεσης των γνήσιων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής των συσκευών.
13. Ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινής απόρριψης θα προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά θα προσκομίσει βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
14. Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι προηγήθηκε της προσφοράς επίσκεψη της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου για αυτοψία των εγκαταστάσεων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (MTN).

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Οι ελάχιστες υποχρεώσεις της εταιρείας συντήρησης θα είναι:

2.1. Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του συστήματος με βάση το παρακάτω πρόγραμμα (Πίνακας I) με σκοπό τη σωστή λειτουργία του και τη διατήρηση των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών.

Στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος συντήρησης της μονάδας σε ετήσια βάση θα περιλαμβάνονται:

- i) Έξι (6) διμηνιαίες επισκέψεις τεχνικού διάρκειας έως μίας (1) πλήρους εργάσιμης ημέρας, όπου θα διενεργείται έλεγχος καλής λειτουργίας, αναλυτικές μετρήσεις, συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων, ρύθμιση απορυθμισμένων μερών, εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης.
- ii) Ανά δύο (2) μήνες (6 φορές στη διάρκεια του συμβολαίου) θα διενεργείται αποστείρωση μεμβρανών και συσκευών προκατεργασίας, ήτοι:
 - Αποστείρωση μεμβρανών
 - Αποστειρώσεις αποσκληρυντών
 - Αποστειρώσεις φίλτρων θολότητας
 - Αποστειρώσεις φίλτρων ενεργού άνθρακα
 - Αποστειρώσεις κάδου 1ου σταδίου επεξεργασίας
- iii) Ανά δύο (2) μήνες (6 φορές στη διάρκεια του συμβολαίου) θα διενεργείται αποστείρωση κάδων και δικτύων επεξεργασμένου νερού, ήτοι:
 - Αποστείρωση δικτύων διανομής επεξεργασμένου νερού.
 - Αποστείρωση κάδων αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού

Η ημερομηνία εκτέλεσης των επισκέψεων τακτικής συντήρησης θα προτείνεται ανά δύο (2) μήνες και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου από την πλευρά του Νοσοκομείου έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η κανονική λειτουργία της MTN.

- 2.2. Έως τρεις (3) επιπλέον επισκέψεις για έκτακτες επείγουσες επιδιορθώσεις διάρκειας έως μιας (1) πλήρους εργάσιμης ή μη ημέρας.
- 2.3. Όλα τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την λειτουργία και την συντήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού δίνονται στον Πίνακα II. Η εταιρεία θα διατηρεί πλήρες και ενημερωμένο ημερολόγιο εργασιών και αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών βάσει του οποίου θα προκύπτει και θα τηρείται η ελάχιστη προβλεπόμενη συχνότητα για την αλλαγή των αναλωσίμων υλικών.
- 2.4. Με το πέρας κάθε επίσκεψης τεχνικού θα εκδίδεται δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, παρατηρήσεις και προτάσεις. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνικό που θα εκτελεί την συντήρηση και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.
- 2.5. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα ακριβή ανταλλακτικά που προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο ώστε να διασφαλίζεται άριστη και μακροχρόνια λειτουργία των συσκευών.
- 2.6. Η συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών θα διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σέρβις των ιατρικών μηχανημάτων αντίστροφης όσμωσης (R.O.) για αιμοκάθαρση.

- 2.7. Η ανταπόκριση σε έκτακτη βλάβη θα είναι εντός 24 ωρών από την κλήση του Νοσοκομείου (μέσω τηλεφώνου, fax, email). Για την επικοινωνία σε περίοδο αργιών ή μη εργάσιμων ωρών ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει κινητό τηλέφωνο για την επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης βλάβης.
- 2.8. Ο συντηρητής θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς του να κάνει γνωστή την χρέωση για κάθε έκτακτη επίσκεψη επιπλέον των προβλεπόμενων τριών ανά έτος για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης προτείνοντας το κόστος ανά εργάσιμη μέρα ή τυχόν προσαυξήσεις σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες.
- 2.9. Ο συντηρητής θα είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τυχόν υλικά και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν επιπλέον των προβλεπόμενων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της τακτικής συντήρησης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο και σε τέτοια περίπτωση θα χρεώνονται επιπλέον μόνο τα υλικά.
- 2.10. Ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την χρήση του συστήματος επεξεργασίας νερού με ειδικό βάρος στους αναγκαίους χειρισμούς και την τήρηση εφεδρειών του συστήματος σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.

3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ και προκύψει ανάγκη αντικατάστασης τους λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική οικονομική προσφορά (ισχύον τιμοκατάλογος) του συντηρητή. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειάς τους στις αναγραφόμενες τιμές χωρίς υποχρέωση ζήτησης νέας προσφοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η προμήθεια του αλατιού για την πλήρωση των κάδων άλμης των αποσκληρυντών επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΥΡΘΟΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.	2 ΜΗΝΕΣ	6
2	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ.	2 ΜΗΝΕΣ	6
3	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.	2 ΜΗΝΕΣ	6
4	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ.	-	3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΜ)
1	ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ 5μ	6	3 ΜΗΝΕΣ	24
2	ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 0,2μ	2	4 ΜΗΝΕΣ	6
3	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ WAC-14 ECO	2	2 ΕΤΗ	2
4	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ WMF-12 ECO	2	3 ΕΤΗ	2
5	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ RO2/MFP3/4	3	3 ΕΤΗ	0
6	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ WS-100	0	8 ΕΤΗ	0
7	ΤΕΣΤ MERCK ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	2		2
8	ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ & ΧΛΩΡΙΟΥ	1		1
9	ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MERCK ΠΑΡΑΚΕΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	1		1
10	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD1	10		10
11	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (13%)	1		1
12	ΠΑΡΑΚΕΤΙΚΟ ΟΞΥ 5%	1		1

➤ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ WRO 300

Η προτεινόμενη συντήρηση έχει ετήσια διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, και περιλαμβάνει:

1. Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των συστημάτων με βάση το πρόγραμμα που προτείνεται με σκοπό την σωστή λειτουργία τους, εντός των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών τους. Στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος συντήρησης της μονάδας σε ετήσια βάση θα εκτελούνται :
 - I. Τρεις (3) τετραμηνιαίες επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ωρών, όπου θα διενεργείται έλεγχος καλής λειτουργίας, αναλυτικές μετρήσεις, συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων, ρύθμιση απορρυθμισμένων μερών, εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα αλλαγών.
 - II. Επιπλέον σε μία εκ των τριών ανωτέρω επισκέψεων θα διενεργείται :
 - Αποστείρωση συσκευής WRO 300 (Τεμ. 1)
2. Όλα τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την ετήσια λειτουργία και την συντήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
3. Θα διατηρείται πλήρες και ενημερωμένο ημερολόγιο εργασιών και αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος έως και σήμερα. Με βάση το ημερολόγιο αυτό προτείνουμε και προϋπολογίζουμε σε ετήσια βάση τις αναγκαίες εργασίες μετά των απαιτούμενων υλικών. Για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος προτείνεται το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών:

Ανά 2 μήνες :

- Φύσιγγα θολότητας , 1μ , TEM. 1
Πρόβλεψη για τους επόμενους 12 μήνες : 6 τεμ.
- Φύσιγγα Άνθρακα 5μm 20" Big Blue EP-20 BB
Πρόβλεψη για τους επόμενους 12 μήνες: 6 τεμ.

Ανά 6 μήνες :

- Φύσιγγα μικροβίων 0,2μ , TEM. 1
Πρόβλεψη Για τους επόμενους 12 μήνες : 2 τεμ.

Ανά 12 μήνες :

- ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ UV MODEL - TAP, TEM. 1
Πρόβλεψη Για τους επόμενους 12 μήνες : 1 τεμ.

4. Με το πέρας κάθε επίσκεψης τεχνικού θα εκδίδεται δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, παρατηρήσεις και προτάσεις. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνικό που θα εκτελεί την συντήρηση και τον υπεύθυνο που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.
5. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα ακριβή ανταλλακτικά που προβλέπονται από τον οίκο WATERA, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται άριστη και μακροχρόνια λειτουργία των συσκευών.
6. Η συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σέρβις των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ αντίστροφης όσμωσης (R.O.) για αμοκάθαρση.
7. Κατά την διάρκεια της σύμβασης θα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και εκτός των εργάσιμων ωρών ή ημερών, με ειδικευμένο Τεχνικό για την παροχή υποδείξεων σε περίπτωση έκτακτης βλάβης. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα σας γνωστοποιηθούν με την σύναψη του ετήσιου συμβολαίου.

Οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου με σκοπό τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της μονάδας στη διάρκεια της σύμβασης, είναι:

1. Να τηρούνται οι γραπτές οδηγίες λειτουργίας συντήρησης της μονάδας.
2. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και την συντήρηση των συσκευών θα προμηθεύονται από την Ανάδοχο εταιρία.

3. Το Νοσοκομείο εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, θα ορίσει και θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τους υπεύθυνους επικοινωνίας για το σύστημα. Σε περίπτωση αλλαγής του υπευθύνου θα ενημερώνεται άμεσα ο Ανάδοχος.
4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ο υπεύθυνος από την πλευρά του Νοσοκομείου θα ενημερώνει άμεσα το τεχνικό τμήμα του Αναδόχου.

Η ημερομηνία εκτέλεσης των επισκέψεων τακτικής συντήρησης θα είναι ανά τετράμηνο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου από την πλευρά του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η κανονική λειτουργία της μονάδας.

1. Το προτεινόμενο συμβόλαιο δεν θα περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
2. Ο συντηρητής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που ενδεχομένως προκαλούνται από τρίτους ή οφείλονται σε κακή/ αντικανονική χρήση των εγκαταστάσεων/ υλικών, καθώς και διείσδυση νερού, πλημμύρα, πυρκαγιά και οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός των ορίων του εύλογου ελέγχου του ή / και ανωτέρα βία.
3. Ο συντηρητής δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στους χώρους ευθύνης του. Εξυπακούεται ότι ο εργολάβος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η εκτέλεση εργασιών (πχ κλειστή εγκατάσταση ή άλλοι λόγοι που βαρύνουν το Νοσοκομείο).
4. Εξαιρούνται του συμβολαίου αυτού η αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες προκλήθηκαν από θεομηνίες, τρομοκρατικά χτυπήματα, ατυχήματα, και σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας.

Πίνακας Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.	4 ΜΗΝΕΣ	3
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ		
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.		

Πίνακας ΙΙ. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 0,2M	2
2	ΦΥΣΙΓΓΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ , 1M	6
3	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 5μM 20" BIG BLUE EP-20 BB	6
4	ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ UV MODEL - TAP	1

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΑ	3ΕΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	1	8.450,00 €	25.350,00 €	31.434,00 €
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	1	1.050,00 €	3.150,00 €	3.906,00 €
				28.500,00 €	35.340,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ						
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :							
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για: i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ν) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), νι) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.

η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.

θ) σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος, θα προβώ σε **άμεση** αντικατάστασή του με νέο, που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

ια) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου .

ιβ) το ΦΕΚ ή καταστατικό σύστασης της εταιρείας είναι

ιγ) το ΦΕΚ ή καταστατικό νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας είναι (4)

Ημερομηνία: / /
Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.