



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**  
**ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ**

---

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:6965/12-10-2020

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	5
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	6
Άρθρο 1 : Τρόπος Υποβολής Προσφορών.....	6
Άρθρο 2 : Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού .....	8
Άρθρο 3 : Τιμές Προσφορών - Νόμισμα.....	10
Άρθρο 4 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών.....	10
Άρθρο 5 : Αντιπροσφορές.....	10
Άρθρο 6 : Παράδοση - Παραλαβή.....	10
Άρθρο 7 : Πληρωμή - Κρατήσεις.....	10
Άρθρο 8 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης .....	10
Άρθρο 9 : Τροποποίηση Σύμβασης.....	11
Άρθρο 10 : Εγγυήσεις .....	11
Άρθρο 11 : Ενστάσεις - Προσφυγές .....	11
Άρθρο 12 : Ποινικές Ρήτρες.....	12
Άρθρο 13 : Εχεμύθεια – Συγκρούσεις Συμφερόντων.....	12
ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	13
Άρθρο 14 : Είδη - Τεχνικές Προδιαγραφές .....	13
ΜΕΡΟΣ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ .....	18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
5<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ημ/νία: 12-10-2020  
Αρ. πρωτ.: 6965

#### ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Δ/νση: Οικισμός Δροσοχωρίου  
Τ.Κ.: 33100  
Τηλ.: (22650) 28400  
Fax: (22650) 22086  
URL: www.gnamfissas.gr

Δ/νση: Διοικητικού  
Τμήμα: Οικονομικό  
Πληροφ.: Σκούρα Π.  
Τηλ.: (22653) 50131  
Fax: (22650) 22086  
E-mail: diax2@gnamfissas.gr

#### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
  - 1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  - 1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  - 1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
  - 1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
  - 1.5. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
  - 1.6. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις".
  - 1.7. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".
2. Τις αποφάσεις:
  - 2.1. την με αρ. 16/01-10-2020 (θέμα 6<sup>ο</sup>) απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Συνοπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Οφθαλμολογικό Ιατρείο
  - 2.2. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α 1724/05-10-2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ: ΨΒ0Α4690ΒΟ-3ΥΥ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Πρόχειρο Ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Οφθαλμολογικό Ιατρείο του Γ. Ν. Άμφισσας (cρν: 33141620-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης **21.770,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 26.994,80€ συμπ. ΦΠΑ 24%**, για το **Σύνολο της Προκηρυσσόμενης ποσότητας**, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Άμφισσας.

**Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού:**

Τόπος διενέργειας	Ημερομηνία διενέργειας	Ημέρα	Ώρα
Γ. Ν. Άμφισσας	30-10-2020	Παρασκευή	10:00 π.μ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού **29-10-2020** και ώρα **14:00** στη Γραμματεία του Γ. Ν. Άμφισσας.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται:

- στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<https://diavgeia.gov.gr>)
- στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>)
- στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ([www.dypethessaly.gr](http://www.dypethessaly.gr))
- την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: [www.gnamfissas.gr](http://www.gnamfissas.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- κράτος-μέλος της Ένωσης
- κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
- τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
- τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

- Ο -

**ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**

**ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	Προμήθεια Σάκων Αίματος
ΚΑΕ .....	9149.01
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV .....	33141620-2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ .....	<b>26.994,80€ συμπ. ΦΠΑ 24%</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....	Οικονομικές Υπηρεσίες του Γ. Ν. Άμφισσας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	30-10-2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	29-10-2020
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ .....	Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	Ευρώ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	120 ημέρες
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	Απαιτείται
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	Από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μέχρι την παράδοση του είδους

## ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 1 : Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
- ο αριθμός και το θέμα του διαγωνισμού
- η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα εξής:

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- 1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
- 1.2. Να δηλώνεται ότι, ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
- 1.3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016(Μέρος Δ)

το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν: ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

1.4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του.

β) Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, **πιστοποιητικό/βεβαίωση της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης ή να προσκομιστεί στα έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνισμού.**

2. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», με σαφή τεχνική περιγραφή (Μέρος Γ).

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, τουλάχιστον τα παρακάτω:

- 2.1 Όλα τα φύλλα των εγγράφων-στοιχείων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων, prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ., θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Η πρώτη σελίδα θα αποτελεί Ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε

εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης, τεχνική περιγραφή κ.ο.κ.), για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών.

- 2.2 Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο συμμετέχων τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με την ΔΥ85/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/16-01-04) Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
- 2.3 Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του προϊόντος.
- 2.4 Πιστοποιητικά ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥ8Δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Τα παραπάνω υπό στοιχεία 2.2, 2.3 και 2.4 Πιστοποιητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα και με επίσημη μετάφραση.

- 2.5 Οικονομικό μέγεθος ή εκφράσεις όπως «δωρεάν», «χωρίς χρέωση» κ.τ.λ., δεν θα υπάρχουν σε κανένα σημείο της Τεχνικής Προσφοράς.
- 2.6 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- 2.7 Όταν ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά του δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά του επισυνάπτει και υπεύθυνη δήλωσή του προς την αναθέτουσα αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
- 2.8 Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά να υποβάλλει και Φύλλο Συμμόρφωσης.
- 2.9 Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

#### Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

α/α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(Ο αύξων αριθμός της παρούσας)	(Η απάντηση του προσφέροντα σχετικά με την συμφωνία ή μη με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας)	(Σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα έγγραφα-εγχειρίδια, προς τεκμηρίωση της απάντησης)

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί, επί ποινή απόρριψης, και **σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή**, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Εξαιρέση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά εγχειρίδια, κλπ), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μόνο σε έντυπη μορφή.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα και επί ποινή απόρριψης **σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή**. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
- το ποσοστό του ΦΠΑ
- τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.

## ΑΡΘΡΟ 2 : Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης,

**Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό των 26.994,80€ συμπ. ΦΠΑ 24%.**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στο χώρο του Νοσοκομείου.

Κατά την τεχνική αξιολόγηση, συμπληρώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ο ακόλουθος πίνακας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

ΟΜΑΔΑ	ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A. (50%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	A1. Συμφωνία προσφερομένου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές	50%		
B. (50%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ	B1. Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας μηχανήματος σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.	40%		
	B2. Κόστος ανταλλακτικών ανά έτος μετά την εγγύηση και ως 10 έτη, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.	10%		

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτατοι όροι, ενώ αυξάνεται έως τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία B της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων, δηλαδή:

$$B = 0,50 \times (\text{Βαθμ. A1}) + 0,40 \times (\text{Βαθμ. B1}) + 0,10 \times (\text{Βαθμ. B2})$$

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), της συγκριτικής τιμής προσφοράς (Κ) προς τη συνολική βαθμολογία του (Β):  $\Lambda = K/B$ . Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.



Επισημαίνεται ότι εφ' όσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν.4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων (ν.4412/2016 Άρθρο 90)

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3)

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Προμηθευτή.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφιών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσνος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της υπηρεσίας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30% σύμφωνα με το άρθρο 104 του

N.4412/2016. Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να καλύψει το εγκριθέν ποσό της διακήρυξης.

Στον προμηθευτή που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση.

### ΑΡΘΡΟ 3 : Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

### ΑΡΘΡΟ 4 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

### ΑΡΘΡΟ 5 : Αντιπροσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### ΑΡΘΡΟ 6 : Παράδοση - Παραλαβή

Η παράδοση του είδους στο Νοσοκομείο, θα γίνει κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αποσταλείσας με τηλεομοιοτυπία (fax), εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτής. Το είδος θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο. Η οριστική παραλαβή του είδους, θα γίνει από Επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό και αφού υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας ενός (1) μηνός.

### ΑΡΘΡΟ 7 : Πληρωμή - Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και μετά από έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

### ΑΡΘΡΟ 8 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει, από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την οριστική παράδοση-παραλαβή του είδους, για τουλάχιστον **2 μήνες**.

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία.

## ΑΡΘΡΟ 9 : Τροποποίηση Σύμβασης

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

## ΑΡΘΡΟ 10 : Εγγυήσεις

Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α. για συμβάσεις άνω των 20.000€)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει:

- τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την σχετική προμήθεια.
- την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών).

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

## ΑΡΘΡΟ 11 : Ενστάσεις - Προσφυγές

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016:

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο [άρθρο 221](#), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το [άρθρο 376 παράγραφος 11](#). Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α' 8).

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α' 8).

#### ΑΡΘΡΟ 12 `: Ποινικές Ρήτρες

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

#### ΑΡΘΡΟ 13 : Εχεμύθεια – Συγκρούσεις Συμφερόντων

Το Νοσοκομείο, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχει στον Ανάδοχο, απαιτεί Εχεμύθεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016, καθώς δίνει έμφαση στις διατάξεις του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, περί συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των συμβαλλομένων.

## ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΑΡΘΡΟ 14 : Είδη - Τεχνικές Προδιαγραφές

#### ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

##### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να διαθέτει Οφθαλμολογική έδρα 2 οργάνων
2. Να διαθέτει άνετη καρέκλα για τον εξεταζόμενο που να ανεβοκατεβαίνει με ηλεκτρικό μηχανισμό
3. Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο πληκτρολόγιο επαφής
4. Να διαθέτει εύκολη εγκατάσταση με δυνατότητα τοποθέτησης της καρέκλας (δεξιά ή αριστερά) της μονάδας κατ επιλογήν
5. Να διαθέτει μαγνητική ασφάλιση του τραπέζιού.
6. Να διαθέτει φωτισμό LED
7. Να διαθέτει βάση στήριξης για τον προβολέα
8. Να διαθέτει μοντέρνα σχεδίαση
9. Να διαθέτει Δυνατότητα ανάρτησης Φοροπτότερου
10. Να διαθέτει ύψος καθίσματος 43 cm και η ανύψωση του να φθάνει μέχρι τα 53 cm
11. Να διαθέτει ύψος κολώνας προβολέα 175 cm
12. Να διαθέτει διαστάσεις της έδρας του τραπεζιού 44x87 cm
13. Να διαθέτει ύψος τραπεζιού 82 cm

#### ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΙ ΚΕΡΑΤΟ ΜΕΤΡΟΥ

##### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ -ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟΥ

1. Να έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί μετρήσεις της διαθλαστικής κατάστασης του εξεταζόμενου οφθαλμού (διαθλασίμετρο) και κερατομετρικές μετρήσεις της πρόσθιας επιφάνειας του οφθαλμού (κερατόμετρο)

##### A. Διαθλασίμετρο

Να έχει ελάχιστο εύρος μετρήσεων :

Σφαίρα από -25D έως +22D σε βήματα 0,01D/0,12D/0,25D

Κύλινδρος 0 έως +10D σε βήματα 0,01D/0,12D/0,25D

Ένδειξη άξονα 00 έως 1800 σε βήμα 1

##### B. Κερατόμετρο

Να έχει ελάχιστο εύρος μετρήσεων:

5mm έως 11mm/30,68D έως 67,5D (n=1.3375) σε βήμα 0,01mm

Κύλινδρος 0 έως + 10D (n=1.3375)

Ένδειξη άξονα 00 έως 1800 σε βήμα 1

Διάμετρος περιοχής μέτρησης 3mm

Η ελάχιστη διάμετρος κόρης από την οποία να μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις να είναι 2mm.

1. Να διαθέτει σύστημα προσήλωσης του οφθαλμού του εξεταζόμενου.
2. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ακριβούς εστίασης του μηχανήματος και αυτόματη βολή.
3. Να διαθέτει χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών έτσι ώστε σε συνδυασμό με την έγχρωμη οθόνη αφής η εστίαση και η αυτόματη λήψη μέτρησης να πραγματοποιούνται παρά πολύ γρήγορα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
4. Να διαθέτει σύστημα χαλάρωσης της προσαρμογής του οφθαλμού του εξεταζόμενου.
5. Να διαθέτει πρόγραμμα μέτρησης για ασθενείς με ενδοφακούς.

6. Να διαθέτει ηλεκτρικό υποσίαγνο και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο για την εύκολη στήριξη της κεφαλής του ασθενή.
7. Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης της ίριδας και της διαμέτρου του κερατοειδούς μέσω δύο κάθετων γραμμών (μπάρες μέτρησης) μεταβαλλόμενων μεταξύ τους .
8. Να έχει δυνατότητα μέτρησης της διακορικής απόστασης των οφθαλμών με εύρος 50mm έως 86mm
9. Να διαθέτει την δυνατότητα επιλογής για την απόσταση Vertex από 0mm έως 16mm
10. Να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει μετρήσεις ταχύτατα και με μεγάλη ακρίβεια σε λιγότερο από 0,1 sec
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμογραφικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
12. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD για την εστίαση και την προβολή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
13. Έξοδος σύνδεσης RS 232 C
14. Βάρος 17 κιλά περίπου.

## **ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ (A-SCAN) - ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ**

Το σύστημα βιομετρίας –παχυμετρίας οφθαλμού να είναι τελευταίας τεχνολογίας ,καινούργια και αμεταχείριστη και να δύναται να πραγματοποιεί τις ακόλουθες εξετάσεις:

A-Scan για την μέτρηση του αξονικού μήκους του οφθαλμού και τον υπολογισμό της ισχύος του ενδοφακού σε επεμβάσεις καταρράκτη.

Διαγνωστική Παχυμετρία για την μέτρηση του πάχους κερατοειδούς.

Γενικά χαρακτηριστικά:

1. Η κυρίως μονάδα να είναι εργονομική και εύχρηστη καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα τον μικρότερο δυνατό χώρο.
2. Να είναι ηλεκτρονική πλήρως αυτοματοποιημένη για εύκολη μέτρηση του υπό εξέταση οφθαλμού και εύκολο υπολογισμό της διαθλαστικής ισχύος του υπό εμφύτευση ενδοφακού.
3. Να διαθέτει (τουλάχιστον 3,5") υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη αφής υγρού κρυστάλλου (LCD), ευανάγνωστη και να αποτελεί ταυτόχρονα και πληκτρολόγιο (Touch screen) μέσω του οποίου να γίνεται ο χειρισμός και η εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα.
4. Να είναι απλό στον χειρισμό κατά την μέτρηση και τον υπολογισμό της διαθλαστικής ισχύος του ενδοφακού.
5. Να παρέχει στο χρήστη κατάλληλο ηχητικό σήμα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ευθυγράμμιση του στυλεού "Probe", ενώ να είναι και σε θέση να λαμβάνει μέτρηση εντελώς αυτόματα.
6. Να περιλαμβάνει στυλεό (probe) βιομετρίας συχνότητας τουλάχιστον 10MHz με ακρίβεια μετρήσεων τουλάχιστον +/- 0.10 mm. με κόκκινο φως προσήλωσης.
7. Ο στυλεός βιομετρίας να μπορεί να λάβει μετρήσεις με τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους:  
με απευθείας επαφή του στυλεού με τον κερατοειδή,  
με εμβύθιση (immersion) και  
μέσω σχισμοειδούς λυχνίας.
8. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη για πιο εύκολη και γρήγορη μέτρηση
9. Να διαθέτει "Immersion Mode" για μεγαλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων.
10. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής πολλών τύπων οφθαλμών, όπως Κανονικός οφθαλμός, , ώριμος καταρρακτικός οφθαλμός, αφακικός οφθαλμός και ψευδοφακικός οφθαλμός (σιλικόνης,ακρυλικός ή πολυμερές υλικό PMMA)
11. Να δύναται κανείς να "σαρώσει" τα στοιχεία από δέκα μετρήσεις και να δει, υπολογισμένη, τη μέση τιμή τους.

12. Να είναι εφοδιασμένο με πέντε δεδομένους Μαθηματικούς Τύπους Υπολογισμού IOL (SRK-II, SRK-T, Holladay, Haigis standard/optimized, Showa), ενώ το σύστημα μπορεί εύκολα να αναβαθμισθεί και να δεχθεί περισσότερους τύπους υπολογισμού του ενδοφακού, μέσω ηλεκτρονικής θύρας USB για σύνδεση με υπολογιστή.

13. Το εύρος μετρήσεων να είναι:

Αξονικό μήκος: 13-45 mm

ACD: 1.80-7.00 mm

Πάχος φακού: 2-6 mm

Ακρίβεια  $\pm 0.1$  mm

Ανάλυση 0.01 mm.

14. Να διαθέτει θύρα USB και ασύρματη επικοινωνία για σύνδεση με υπολογιστή ή εκτυπωτή έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση ή εκτύπωση όλων των στοιχείων, και των παραμέτρων της μέτρησης και αποτελεσμάτων, μαζί με το υπερηχογράφημα.

15. Με την βοήθεια ειδικού στυλεού παχυμετρίας 20MHz, με κεκαμμένο άκρο, που θα συνοδεύει το σύστημα να δύναται να εκτελεί παχυμετρία στον κερατοειδή.

16. Το εύρος μετρήσεων του παχυμέτρου να είναι, 150 – 1500  $\mu\text{m}$  με ταχύτητα ήχου 1640 m/sec. Η ακρίβεια  $\pm 5$   $\mu\text{m}$  και η ανάλυση 1  $\mu\text{m}$ .

#### **ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ AUTO CHART PANEL**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ**

Το σύστημα απεικόνισης οπτοτύπων πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να έχει δυνατότητα (εύρος ) εστίασης από 2 μέχρι 7 μέτρα, ρυθμιζόμενα σε βήματα ανά 0.1 μέτρα .
2. Να διαθέτει πάνελ υψηλής ευκρίνειας LCD τουλάχιστον 24 ιντσών
3. Να διαθέτει διαχωρισμό οθόνης με μάσκα κόκκινο ,πράσινο
4. Να διαθέτει διαχωρισμό οθόνης με μάσκα μαύρο, άσπρο
5. Να διαθέτει κατ' ελάχιστο τις κάτωθι σειρές πινάκων:

6. Σταθερά τεστ οπτικής οξύτητας

Γράμματα

Νούμερα

Τρεις σειρές πινάκων με παιδικά σύμβολα

Έψιλον (Snellen E)

Ελλειπτικούς κύκλους (Landolt C)

ETDRS 2 τεστ

Monocular πράσινο / κόκκινο

Task chart

Ρολόι

Αστιγματικές τελείες

Τέστ Amsler

7. Διόφθαλμα τεστ

Schober τεστ

Worth τεστ με 4 τελείες

Οριζόντια

Κάθετα

Ανισότητας προσήλωσης

Stereo triangle 20

Stereo triangle 11

Stereo valenz 20

8. Να διαθέτει ειδικό τεστ αχρωματοψίας (Ishihara test).
9. Να διαθέτει ειδικό τεστ ευαισθησίας αντίθεσης (Contrast Sensitivity) το οποίο να δίνεται σε μορφή διαγράμματος επί της οθόνης και οπωσδήποτε να έχει την επιλογή άμεσης εκτύπωσης.
10. Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο και απλή βάση τοίχου.
11. Να φέρει σύστημα στήριξης σε τοίχο Vesa ISO
12. Να φέρει θύρα υπερέθρων
13. Να φέρει θύρα USB
14. Να διαθέτει δύο ανιχνευτές φωτός για την ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
15. Να μπορεί να συνδεθεί μέσω Wi-Fi με Η/Υ ή εκτυπωτή.
16. Να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρονικό φορόπτερο.
17. Να διαθέτει αυτόματη αναστολή λειτουργίας μετά από χρονικό διάστημα 4-240 λεπτών.
18. Να διαθέτει δυνατότητα χειρισμού ασύρματα με χρήση iPad.

## ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑΣ

1. Το περίμετρο να είναι καινούργιο, αμεταχειριστό, σύγχρονης τεχνολογίας και σύμφωνα με όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας και διακίνησης.
2. Να είναι περίμετρο προβολής με προβαλλόμενα σημεία (Green Led) σε θόλο ακτίνας 30cm με σταθερές GOLDMANN III .
3. Να διαθέτει συμπαγή και εργονομικό σχεδιασμό για την εύκολη εξέταση μικρόσωμων και ευτραφών ασθενών, και να έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί εξετάσεις μέχρι 160 μοίρες με μετατόπιση του σημείου προσήλωσης δεξιά ή αριστερά Binocular Test για δίπλωμα οδήγησης σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Ε.Ε.
4. Το εύρος της διάρκειας έντασης του προβαλλόμενου σημείου να είναι από 0.0 – 9.9 sec ενώ ο οπίσθιος φωτισμός του θόλου να είναι 3,2 cd/m<sup>2</sup>
5. Να διαθέτει σύστημα υπολογιστή τύπου Laptop που να βασίζεται σε λειτουργικό Windows 10 και να έχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων ,προβολής των αποτελεσμάτων και στατιστικής ανάλυσης για την σύγκριση τους με το φυσιολογικό της αντίστοιχης ηλικίας του εξεταζόμενου.
6. Να διαθέτει σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB καθώς και USB θύρες για σύνδεση με τον θόλο του περιμέτρου, (απαιτείται μόνο ένα καλώδιο USB ),και για την απομνημόνευση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε εξωτερικά μέσα.
7. Να υπάρχει η δυνατότητα μέσω του ειδικού προγράμματος εισαγωγής των εξής στοιχείων των ασθενών: Όνομα, ID, αριθμό, διοπτρική ισχύ διορθωτικών γυαλιών ασθενούς, οπτική οξύτητα και μεγέθους κόρης.
8. Να έχει την δυνατότητα ο εξεταστής να ρυθμίζει την ευθυγράμμιση και παρακολούθηση του ματιού του ασθενούς μέσω Video Eye Monitor με σύγχρονη αυτόματη παρακολούθηση του τυφλού σημείου Heijl Krakau (blindsport) μέσω του προγράμματος στον υπολογιστή αλλά και με χειριστήρια επάνω στον θόλο .
9. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης παρακολούθησης της σωστής απόστασης του εξεταζόμενου (Head Tracking ).
10. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης μέτρησης διαμέτρου της κόρης.(Vertex Monitoring)
11. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της προσήλωσης μόνον κατά την στιγμή προβολής των σημείων μέσω κάμερας υπερέθρων με σύγχρονη γραφική αναπαράσταση της στο Monitor του Laptop ως και σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην αρχική κεντρική προσήλωση μέσω χειριστηρίων στον θόλο του περιμέτρου.
12. Να διαθέτει σύστημα της διόρθωσης του οφθαλμού με τη χρήση δοκιμαστικών φακών. Το πρόγραμμα να προσαρμόζει αυτόματα στο σφαιρικό ισοδύναμο του ασθενούς σε συνδυασμό με την κοντινή όραση σύμφωνα με την ηλικία του.



13. Να διαθέτει ηλεκτρικά ελεγχόμενο υποσιγάγωνο καθοδηγούμενο από την οθόνη του υπολογιστή αλλά και από χειριστήρια επάνω στον θόλο του περιμέτρου.
14. Να διαθέτει προγράμματα ποσοτικής (Threshold) περιμετρίας και στρατηγικές εξέτασης συμπεριλαμβανομένων των θετικών και αρνητικών σφαλμάτων .
15. Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικής (screening) περιμετρίας με στρατηγικές εξέτασης
16. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα συντόμευσης κατά 40% του χρόνου εξέτασης.
17. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης του οφθαλμού το οποίο θα αποθηκεύει την κατάσταση του οφθαλμού κατά την διάρκεια κάθε προβαλλόμενου σημείου. Ο χειριστής να είναι σε θέση να αγνοήσει προβαλλόμενα σημεία τα οποία είναι μη αξιόπιστα.
18. Το σύστημα να διαθέτει certified τροφοδοτικό με προστασία σε αυξομειώσεις τάσης .
19. Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, για την βελτιστοποίηση αποκατάστασης βλαβών.
20. Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό τροχήλατο τραπεζάκι δύο θέσεων
21. Να συνοδεύεται από έγχρωμο εκτυπωτή
22. Διαστάσεις θόλου οπτικών πεδίων
23. Ύψος 566 mm Πλάτος 633 mm Βάθος 396 mm και Βάρος 20 κιλά

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.**

1. Όλα τα μηχανήματα να έχουν εγγύηση ανταλλακτικών και τεχνικής κάλυψης για δύο (2) χρόνια (24 μήνες). Η τεχνική κάλυψη και τα ανταλλακτικά να παρέχονται δωρεάν για 24 μήνες σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
2. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων να γίνεται από πιστοποιημένους τεχνικούς ιατρικών μηχανημάτων.
3. Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού να γίνεται από τους τεχνικούς της εταιρίας στον χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων μετά από συνεννόηση.
4. Εγγύηση σε περίπτωση βλάβης επίσκεψη τεχνικού εντός 48 ωρών και άμεση επισκευή των μηχανημάτων εάν είναι εφικτό.
5. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο τεχνικός να είναι σε θέση να εκτιμήσει την χρονική διάρκεια για την επισκευή του μηχανήματος η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες.
6. Κατά την διάρκεια του χρόνου επισκευής να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των μηχανημάτων σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό είναι εφικτό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
7. Μετά την πάροδο της εγγύησης δύνανται να προσφέρει ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και καλής λειτουργίας των μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες μας για τα επόμενα 5 χρόνια.
8. Οι εταιρίες των μηχανημάτων να εγγυώνται την 10ετή παρακαταθήκη ανταλλακτικών από την ημέρα πώλησης για τα μηχανήματα που μας εφοδιάζουν.
9. Να υπάρχει πιστοποιημένος προμηθευτής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ISO9001 2008 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης στην υπουργική απόφαση ΔΥ8δ//1348 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

**ΜΕΡΟΣ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ**

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: 5<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221895
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Οικισμός Δροσοχωρίου, 33100 Άμφισσα
- Αρμόδιος για πληροφορίες:
- Τηλέφωνο: 2265350131
- Ηλ. ταχυδρομείο: diax2@gnamfissas.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.gnamfissas.gr

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV:33141126-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : *προμήθειες*
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι <sup>1</sup> : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....] [.....] [.....] [.....]

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....] [.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]

Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού**

**A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
2. Δωροδοκία
3. Απάτη
4. Τρομοκρατικά εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση <b>εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε</b> προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]

<b>Εάν ναι</b> , αναφέρεται: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) <b>Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:</b>	α) Ημερομηνία:[ ], σημείο(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (« <b>αυτοκάθαρση</b> »)	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<b>Εάν ναι</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:	[.....]

**B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, <b>εν γνώσει του</b> , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του <b>περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου</b>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν ναι</b> , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι           -[.....] -[.....]   (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[.....][.....][.....]
<b>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;</b> Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] <b>Εάν ναι</b> , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]

<b>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;</b> Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] <b>Εάν ναι</b> , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
---	---

<b>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων:</b> λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; <b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]
--	--

<b>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;</b> <b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]
---	--

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; <b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] <b>Εάν ναι</b> , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
--	---

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
---	---

<p>β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,          γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα          δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	
--	--

**ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής**

**A: Καταλληλότητα**

Καταλληλότητα	Απάντηση
<p>Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:          Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>[...]           (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):          [.....][.....][.....]</p>

**ΜΕΡΟΣ VI: Τελικές δηλώσεις**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται στην παρούσα, εκτός εάν:

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στην παρούσα], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]